

## 公募型見積合わせ公告

次のとおり公募型見積合わせを実施します。

### 1 公募型見積合わせに付する事項

- (1) 件 名 : 高知県立大学看護学部 分娩台の調達
- (2) 仕 様 : 別紙仕様書のとおり
- (3) 納入場所 : 〒781-8515 高知県高知市池 2751 番地1  
高知県立大学(池キャンパス)看護学部棟 C213
- (4) 納入期限 : 令和 8 年 3 月 13 日(金)

### 2 参加資格

- (1) 国の各省庁の全調達機関において有効な統一資格、または高知県における競争入札参加資格を得た者であること。
- (2) この公告の日から見積書提出期限の日までの間に、国又は地方公共団体から取引停止の措置を受けていない者であること。
- (3) 虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、見積合わせに参加する資格者であることを認めない。

### 3 見積書の提出方法等

#### (1) 見積書等の提出

任意様式の見積書を作成し、見積書提出期限までに下記提出場所へ直接又は郵送(一般書留又は簡易書留)にて提出すること。いずれの場合も、封筒に封をして、「氏名(法人の場合はその名称又は商号)」及び見積書在中と記載すること。また、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)または高知県の競争入札参加資格決定通知書の写しを見積書と合わせて提出すること。

#### (2) 見積書の提出場所

〒781-8515 高知県高知市池 2751-1  
高知県立大学 池キャンパス 本部・健康栄養学部棟1階事務室 財務課  
TEL 088-847-8572 財務課 小原

#### (3) 見積書提出期限

令和 7 年 12 月 17 日(水) 17 時 00 分必着

### 4 見積の無効

- (1) 見積金額のないもの
- (2) 見積金額の記載が不明確のもの
- (3) 同一人が提出した2通以上の見積書
- (4) 参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
- (5) 見積金額の記載を訂正したもの

- (6) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出したもの
- (7) 誤字、脱字等により意思表示が明確でないもの
- (8) 封印がされていない封筒に入ったもの
- (9) この公告において示した見積書の提出期限までに到達しなかったもの
- (10) その他公募型見積合わせに関する条件に違反したもの

#### 5 契約の相手方の決定

- (1) 見積合わせの結果、無効のものを除き、最低価格の提示があった者と契約を行う。
- (2) 前項の場合において、最低価格見積者が2人以上いる場合は、当該最低価格見積者はくじを引き、落札者を決定する。ただし、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該調達に関係のない職員が代わってくじを引くこととする。

#### 6 その他

- (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨(JPY)
- (2) 契約保証金  
高知県公立大学法人契約事務取扱規程による。
- (3) 本公告に記載のない事項については、高知県公立大学法人契約事務取扱規程の定めるところにより取り扱うこととする。

令和7年 12 月 10 日

契約責任者  
高知県公立大学法人  
理事長 伊藤 博明

# 仕 様 書

## 1. 調達の内容

- (1)調達件名 高知県立大学看護学部 分娩台の調達  
(2)納入場所 高知県高知市池 2751 番地 1  
高知県立大学(池キャンパス)看護学部棟 C213  
(3)納入期限 令和 8 年 3 月 13 日(金)まで

## 2. 調達物品

品名	分娩台
数量	1 式
構成	①分娩台 1 台 ②搬入・据付費 1 式
要件	1. 陣痛期から回復期まで対応できる多機能型で、ベッド形状であること。 2. 現状の実習室環境での移動および設置が可能な、可搬型の分娩台（ベッドポジション（水平時）のサイズが幅 1,200mm 以下、重さが 310kg 以下）であること。 3. 本体の背もたれと腰部の角度が、それぞれ独立して調整できること。 4. フットスイッチ操作により、分娩台の高さ、背板・腰板の傾斜等が調整できること。 5. キャスターを有しており、分娩台の容易な移動や、確実な固定ができること。 6. サイドフェンスを有していること。 7. 国内メーカーの製品で、故障・障害が生じた際に保守や修理に対応できること。
参考品	品名 : 分娩台 メーカー : タカラベルモント株式会社 型式 : DG-820YJ ※調達物品は、参考品で示す製品と同等品とする。

3. 検査等 納入完了後、納品通知書を提出し、本学検査担当者による検収を受けるものとする。

4. その他 本仕様書に明記なきことは、買受人と売渡人が協議のうえ決定するものとする。