

質疑事項・回答書

回答日: 令和7年11月14日

競争入札参加予定者各位

高知工科大学施設管理課
担当: 山本泰士
shisetsu@ml.kochi-tech.ac.jp

件名: 高知工科大学干渉電流刺激システム一式の購入

No.	質 疑 事 項	回 答
1	6. 使用環境「MRI環境下でも使用可能であること。」についてオプション品(有料)を追加することにより可能なので、使用可能という理解で良いでしょうか？	ご認識のとおりです。 仕様書において要求している内容は、将来的にMRI対応が必要となった際に、それが可能かどうかを確認するものです。 したがって、MRI対応のためのオプション品は本入札の対象には含めません。
2	1. 装置使用対象「ヒトの中枢神経系(脳)に使用可能であること。(他の大学等での研究で利用された十分な実績があること)」について海外メーカーのホームページに記載の出版物を証明として出しますが、英文、和文両方出せば良いでしょうか？	英文のみで結構です。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		